Pipette Monitoring and Maintenance

Manufacturer Transferpette Model _____
Serial Number 22H33903 Capacity 2-20µl

Pipette Identification #3903

Date 7/15/25 Analyst mh H_2O °C Start 20.6 H_2O °C End 20.6 Room °C 20.6 Humidity % 67 Theoretical ρ N/A

☑ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Low 10µl		Mid-Level 20µl		High	
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual
1. 10	1. 0.0097	1. 20	1. 0.0200	1.	
2. 10	2. 0.0098	2. 20	2. 0.0198	2. 7/15/25 mh	2.
3. 10	3. 0.0098	3. 20	3. 0.0198	3.	3.
Actual: $\bar{x}$ = 9.8 σ = 0.058 % 97.667		Actual: $\bar{x}$ = 19.9 σ = 0.115 % 99.333		Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____	

Notes:

Date _____ Analyst _____ H_2O °C Start _____ H_2O °C End _____ Room °C _____ Humidity % _____ Theoretical ρ _____

☐ Pass
☐ Re-Check
☐ Fail

Low		Mid-Level		High	
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual
1.	1.	1.	1. mh	1.	1.
2.	2.	2. 7/15/25	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.	3.	3.
Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____		Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____		Actual: $\bar{x}$ = _____ σ = _____ % _____	

Notes: