Pipette Monitoring and Maintenance

Manufacturer Eppendorf Model Repeater E3X
Serial Number A44206L Capacity —

Pipette Identification 206L

Date 6/17/2026 Analyst mh H_2O °C Start 20.3 H_2O °C End 20.3 Room °C 20.3 Humidity % 66 Theoretical ρ N/A

Low 20µl		Mid-Level 200µl		High 1000µl		
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual	☐ ~~Pass~~
1. 20	1. 0.0194	1. 200	1. 0.1993	1. 1000	1. 0.9975	☐ Re-Check
2. 20	2. 0.0198	2. 200	2. 0.2014	2. 1000	2. 0.9964	☐ Fail
3. 20	3. 0.0197	3. 200	3. 0.2005	3. 1000	3. 0.9978	Notes:
Actual: $\bar{x}$ = 19.633 σ = 0.208 % 98.167		Actual: $\bar{x}$ = 200.400 σ = 1.054 % 100.2%		Actual: $\bar{x}$ = 997.233 σ = 0.737 % 99.72		

Date _____ Analyst _____ H_2O °C Start _____ H_2O °C End _____ Room °C _____ Humidity % _____ Theoretical ρ _____

Low		Mid-Level		High		
Measured	Actual	Measured	Actual	Measured	Actual	☐ Pass
1.	1.	1.	1.	1.	1.	☐ Re-Check
2.	2.	2.	2.	2.	2.	☐ Fail
3.	3.	3.	3.	3.	3.	Notes:
Actual: $\bar{x}$ = σ = %		Actual: $\bar{x}$ = σ = %		Actual: $\bar{x}$ = σ = %		

6/17/2026 mh