Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) BioFridge #1

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 210139002 Installed : 10/04/2021

Cal date : 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	3°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	1°C		DS
M- 05/08	2°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	3°C		DS
M- 05/15	3°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	3°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Biofridge #2
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210489284 Installed: 10/04/2021
C-1 date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	4°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	3°C		DS
M- 05/08	2°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	3°C		DS
M- 05/15	3°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	3°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	2°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Biofridge # 5

Thermometer Manufacturer Central Company

S/N 210429274 Installed: 10/01/2021

Cal date: 06/01/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	4°C		JS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	1°C		DS
M- 05/08	3°C		JS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	2°C		DS
M- 05/15	4°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	3°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Bio fridge # 6

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 210189285 Installed: 10/04/2021

Cal date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	2°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	3°C		DS
M- 05/08	3°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	3°C		DS
M- 05/15	3°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	2°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Bio Fridge #7
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210459275 Installed : 10/04/2021
Cal date : 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	3°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	1°C		DS
M- 05/08	2°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	2°C		DS
M- 05/15	2°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	2°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Bio Received fridge
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210439280 Installed: 10/04/2021
Cal date: 06/01/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	2°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	2°C		DS
M- 05/08	2°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	1°C		DS
M- 05/15	2°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	2°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Mini Freezer
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210489529 Installed: 10/4/2021
Cal date: 05/01/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	-17°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	-17°C		DS
M- 05/08	-17°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	-17°C		DS
M- 05/15	-17°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	-17°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	-17°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	-17°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Bio Fridge #3

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 210489056 Installed: 01041021

Cal date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	1°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	1°C		DS
M- 05/08	1°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	2°C		DS
M- 05/15	1°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	1°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	1°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	1°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Standards fridge

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 210489283 Installed: 10/04/2021

Cal date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	0°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	0°C	Adjust thermostat to +1	DS
M- 05/08	0°C	Adjust thermostat to +2	DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	0°C	Adjust thermostat to +3	DS
M- 05/15	1°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	2°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	2°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	1°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Standards Freezer
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210489273 Installed: 10/04/2021
Cal date: 06/01/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	-18°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	-18°C		DS
M- 05/08	-18°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	-13°C		DS
M- 05/15	-15°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	-14°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	-14°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	-15°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (circled) Specimen freezer # 1
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210489231 Installed: 10/04/2021
Cal date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	-16°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	-15°C		DS
M- 05/08	-16°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	-16°C		DS
M- 05/15	-14°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	-16°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	-16°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	-17°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (circled) Specimen Freezer #2
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210489314 Installed: 10/04/2021
Cal date: 26/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	-12°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	-12°C		DS
M- 05/08	-11°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	-12°C		DS
M- 05/15	-11°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	-11°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	-11°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	-11°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (circled) Specimen Freezer #3
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 210189279 Installed: 10/04/2021
Cal date: 06/01/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	-13°C		DS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	-13°C		DS
M- 05/08	-12°C		DS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	-13°C		DS
M- 05/15	-12°C		DS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	-12°C		DS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	-12°C		DS
M- 05/29			
T- 05/30	-13°C		DS
W- 05/31			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Overflow fridge

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 210439282 Installed: 11/2/2021

Cal date: 06/10/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
MAY 2023			
M- 05/01	3°C		JS
T- 05/02			
W- 05/03			
Th- 05/04			
F- 05/05	3°C		JS
M- 05/08	3°C		JS
T- 05/09			
W- 05/10			
Th- 05/11			
F- 05/12	4°C		JS
M- 05/15	3°C		JS
T- 05/16			
W- 05/17			
Th- 05/18			
F- 05/19	3°C		JS
M- 05/22			
T- 05/23			
W- 05/24			
Th- 05/25			
F- 05/26	3°C		JS
M- 05/29			
T- 05/30	3°C		JS
W- 05/31			