Temperature Log

Refrigerator / Freezer 3 to Fridge # 1
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company (DS)
S/N 230218768 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023
Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	3°C	SN - 210489002 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	3°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	1°C		DS
M 06/19	3°C		DS
W - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	3°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) BioFridge #2

Thermometer Manufacturer Control Company DS 06/08/2023

S/N 230218765 Installed : 06/07/2023

Cal date : 03/30/2023

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	2°C	S/N-210489284 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	3°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	2°C		DS
M 06/19	4°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	3°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Bio Fridge #5

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 230218767 Installed : ~~06/07/2023~~ DS 06/08/2023

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	3°C	SN - 210489274 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	3°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	1°C		DS
M 06/19	4°C		DS
W - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	2°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) BioFridge #6

Thermometer Manufacturer Control Company DS

S/N 230218771 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023

Cal date : 03/31/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	3°C	SN - 210189285 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	1°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	1°C		DS
M 06/19	2°C		DS
TW - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	1°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Biofridge #7
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company DS
S/N 230218764 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023
Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	3°C	SN - 210489275 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	5°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	3°C		DS
M 06/19	3°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	3°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Bio Received Fridge

Thermometer Manufacturer Control Company DS

S/N 230218770 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	2°C	SN - 210189280 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	1°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	1°C		DS
M 06/19	2°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	1°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Mini Freezer
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company
S/N 230218774 Installed : 06/07/2023
Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06	-17°C	SN - 210489329	DS
W - 06/07	New	thermometer installed	DS
Th - 06/08	-18°C	SN - 230218774	DS
F - 06/09			
M - 06/12	-18°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	-18°C		DS
M 06/19	-18°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	-18°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Biofridge # 3

Thermometer Manufacturer Control Company DS 06/08/2023

S/N 250218761 Installed : ~~06/07/2023~~

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	1°C	S/N-210439056/New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	0°C	Thermostat adjusted	DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15	15°C	*noticed door was cracked open when adding bloods @ 3:35pm - shifted evidence around + made sure it would close .SS	
F - 06/16	0°C		DS
M 06/19	1°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	1°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Standards Fridge

Thermometer Manufacturer Control Company DS 06/08/2023

S/N 230218766 Installed : ~~06/07/2023~~

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	1°C	SN - 210489283 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	3°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	3°C		DS
M 06/19	3°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	2°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (Standards Freezer)
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company DS 06/08/2023
S/N 230213769 Installed : ~~06/07/2023~~
Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	-14°C	SN - 210489273 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	-15°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	-14°C		DS
M 06/19	-14°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	-15°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Specimen Freezer #1

Thermometer Manufacturer Control Company DS 06/08/2023

S/N 230218775 Installed : ~~06/07/2023~~

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	-17°C	SN - 210489281 / New Thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	-12°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	-16°C		DS
M 06/19	-17°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	-16°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (1°C to 5°C) (-5°C to -20°C) Specimen Freezer #2

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 230218772 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	-12°C	SN - 210429314 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	-13°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	-19°C		DS
M 06/19	-14°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	-14°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Specimen freezer #3
(1°C to 5°C) (-5°C to -20°C)
Thermometer Manufacturer Control Company DS
S/N 230218701 Installed: ~~06/07/2023~~ 06/08/2023
Cal date: 03/31/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	-11°C	SN-210189274 / New thermometer installed - DS	
F - 06/09			
M - 06/12	-18°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	-17°C		DS
M 06/19	-16°C		DS
Tu - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	-17°C		DS
F - 06/30			

Temperature Log

Refrigerator (1°C to 5°C) / Freezer (-5°C to -20°C) Darkroom Fridge

Thermometer Manufacturer Control Company

S/N 230218763 Installed : ~~06/07/2023~~ 06/08/2023

Cal date : 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
June 2023			
Th - 06/01			
F - 06/02			
M - 06/05			
Tu - 06/06			
W - 06/07			
Th - 06/08	3°C → SN. 210489282 / New thermometer installed - DS		
F - 06/09			
M - 06/12	1°C		DS
Tu - 06/13			
W - 06/14			
Th - 06/15			
F - 06/16	2°C		DS
M 06/19	1°C		DS
TW - 06/20			
W - 06/21			
Th - 06/22			
F - 06/23			
M - 06/26			
Tu - 06/27			
W - 06/28			
Th - 06/29	3°C		DS
F - 06/30			