Temperature Log

Refrigerator (Freezer) Mini. Freezer
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 250218774

Control Company
Installed: 06/07/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M . 10/02			
T . 10/03			
W . 10/04			
Th . 10/05			
F . 10/06	-17°C		DS
M . 10/09	-17°C		DS
T . 10/10			
W . 10/11			
Th . 10/12			
F . 10/13			
M . 10/16	-17°C		DS
T . 10/17			
W . 10/18			
Th . 10/19			
F . 10/20			
M . 10/23			
T . 10/24			
W . 10/25			
Th . 10/26			
F . 10/27	-17°C		DS
M . 10/30	-17°C		DS
T . 10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Biological fridge

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218770

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M-10/02			
T-10/03			
W-10/04			
Th-10/05			
F-10/06	2°C		DS
M-10/09	2°C		DS
T-10/10			
W-10/11			
Th-10/12			
F-10/13			
M-10/16	1°C		DS
T-10/17			
W-10/18			
Th-10/19			
F-10/20			
M-10/23			
T-10/24			
W-10/25			
Th-10/26			
F-10/27	2°C		DS
M-10/30	1°C		DS
T-10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Bio fridge # 7

Thermometer Manufacturer _____

S/N 250218764

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	3°C		DS
M- 10/09	4°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	3°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	2°C		DS
M- 10/30	2°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

~~Refrigerator~~ / Freezer (0°C and below) Bofride #C

(0°C to 8°C)

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218771

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	3°C		DS
M- 10/09	2°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	3°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	2°C		DS
M- 10/30	3°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Biofridge #5

Thermometer Manufacturer _____

S/N 80218767

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	1°C		DS
M- 10/09	2°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	3°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	2°C		DS
M- 10/30	2°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (0°C to 8°C) (0°C and below) Biofridge #2

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218765

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	2°C		DS
M- 10/09	3°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	3°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	2°C		DS
M- 10/30	2°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Dio Fridge #1

Thermometer Manufacturer _____

S/N 280218768

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	2°C		DS
M- 10/09	3°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	2°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	3°C		DS
M- 10/30	2°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Spacman Freezer #1
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _

S/N 250285775

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	-19°C		DS
M- 10/09	-19°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	-19°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	-18°C		DS
M- 10/30	-17°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator / ~~Freezer~~ Specimen Freezer #2
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 250218772

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	-14°C		JS
M- 10/09	-14°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	-14°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	-13°C		JS
M- 10/30	-15°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Specimen Refrig Freezer #4

Thermometer Manufacturer _

S/N 230218761

Control Company
Installed: 07/24/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F. 10/06	4°C		DS
M- 10/09	4°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F 10/13			
M - 10/16	3°C		DS
T - 10/17			
W - 10/18			
Th - 10/19			
F - 10/20			
M - 10/23			
T - 10/24			
W - 10/25			
Th - 10/26			
F - 10/27	3°C		DS
M - 10/30	3°C		DS
T - 10/31			

Temperature Log

Refrigerator (0°C to 8°C) / Freezer (0°C and below) Bio Fridge #3

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218762

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	1°C		DS
M- 10/09	1°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	1°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	1°C		DS
M- 10/30	1°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer (0°C and below) Standard Freezer
(0°C to 8°C)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218769

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M-10/02			
T-10/03			
W-10/04			
Th-10/05			
F-10/06	-18°C		DS
M-10/09	-17°C		DS
T-10/10			
W-10/11			
Th-10/12			
F-10/13			
M-10/16	-16°C		DS
T-10/17			
W-10/18			
Th-10/19			
F-10/20			
M-10/23			
T-10/24			
W-10/25			
Th-10/26			
F-10/27	-18°C		DS
M-10/30	-18°C		DS
T-10/31			

Temperature Log

~~Refrigerator~~ / Freezer Standards Fridge
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 250218766

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	3°C		DS
M- 10/09	3°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	3°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	4°C		DS
M- 10/30	3°C		DS
T- 10/31			

Temperature Log

Refrigerator / Freezer Overflow Fridge
(0°C to 8°C) (0°C and below)

Thermometer Manufacturer _____

S/N 230218763

Control Company
Installed: 06/08/2023
Cal Date: 03/30/2025

Date	Temperature	Maintenance	Analyst
Oct 2023			
M- 10/02			
T- 10/03			
W- 10/04			
Th- 10/05			
F- 10/06	1°C		DS
M- 10/09	1°C		DS
T- 10/10			
W- 10/11			
Th- 10/12			
F- 10/13			
M- 10/16	1°C		DS
T- 10/17			
W- 10/18			
Th- 10/19			
F- 10/20			
M- 10/23			
T- 10/24			
W- 10/25			
Th- 10/26			
F- 10/27	2°C		DS
M- 10/30	1°C		DS
T- 10/31			